



Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni Fundacji Idee Społeczne FIDEES w Dłutowie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.”

L.p	Nazwa towaru	Liczba szt.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.	Wózek inwalidzki	5	- Wózek stalowy - szerokość siedziska wózka (cm): 50 +/- 2 - możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , - możliwość regulacji odchylenia podłokietników, - przednie i tylne koła pełne /gumowe, - waga wózka (kg): max 25 - obciążenie wózka (kg): 120 +/- 5 - składany na krzyżaku - tylne koła na szybkozłączce
2.	Wózek inwalidzki	5	- Wózek stalowy - szerokość siedziska wózka (cm): 45 +/- 2 - możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , - możliwość regulacji odchylenia podłokietników, - przednie i tylne koła pełne /gumowe, - waga wózka (kg): max 25 - obciążenie wózka (kg): 120 +/- 5 - składany na krzyżaku - tylne koła na szybkozłączce
3.	Rotor kończyn górnych i dolnych	5	- Materiał podstawowy: Stal - Konstrukcja składana - Stopki antypoślizgowe - Elektroniczny wyświetlacz - Dopuszczalne obciążenie: 50 kg (łącznie na oba pedały) - Masa całkowita: do 2,5 kg
4.	Łóżko rehabilitacyjne	20	- Regulacja wysokości i segmentów: - Leże łóżka wykonane z metalu - Możliwość elektrycznej regulacji łóżka - Leże czterosekcyjne regulowane elektrycznie - Funkcja Trendelenburga - Funkcja anty-Trendelenburga



			▪ W komplecie wysięgnik z uchwytem do podnoszenia ▪ Hamulce na kołach ▪ Łóżko wyposażone w adapter transportowy (łożko złożone na pół) ▪ Wymiary leża: Długość: do 190 cm Szerokość: do 80 cm ▪ Obciążenie: Bezpieczne obciążenie robocze: 215 +/- 10 kg ▪ Maksymalna waga użytkownika: 175 +/- 10 kg ▪ Zasilanie 230 V, 50 Hz , z kablem zasilającym w zestawie. ▪ Sterowanie elektryczne, .z pilotem w zestawie ▪ Materac przeciwoleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem zmywalnym, pokrytym jonami srebra ▪ 2 dodatkowe komplety pokrowców zmywalnych pokrytych jonami srebra dla każdego z materacy
5.	łóżko rehabilitacyjne	5	▪ Regulacja wysokości i segmentów: ▪ Leże łożka wykonane z metalu ▪ Możliwość elektrycznej regulacji łożka ▪ Leże czterosekcyjne regulowane elektrycznie ▪ Funkcja Trendelenburga ▪ Funkcja anty-Trendelenburga ▪ W komplecie wysięgnik z uchwytem do podnoszenia ▪ Hamulce na kołach ▪ Rama leża z możliwością łatwego składania i rozkładania przez 1 osobę, łączona w części środkowej i możliwością złożenia leża łoża w pół. ▪ Wymiary leża: 200 cm (+/-5 cm) Szerokość: 90 cm (+/- 5cm) ▪ Regulacja wysokość leża od 300-350mm do 800-850mm ▪ Obciążenie: Bezpieczne obciążenie robocze: 170 +/- 10 kg ▪ Maksymalna waga użytkownika: 140 +/- 10 kg ▪ Zasilanie 230 V, 50 Hz , z kablem zasilającym w zestawie ▪ Sterowanie elektryczne, z pilotem w zestawie ▪ Materac przeciwoleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem zmywalnym, pokrytym jonami srebra ▪ 2 dodatkowe komplety pokrowców zmywalnych pokrytych jonami srebra do każdego z materacy
6.	Pozycjonery zestaw	3	▪ Podstawka do unoszenia stopy rozm.: min 40cm – max 45 cm ▪ Poduszka okrągła rozm.: średnica 45-50 cm, waga: 0,4 – 0,6 kg ▪ Poduszka cylindryczna rozm.:średnica.20 -25 cm x 60 – 65 cm, waga: 0,5-0,7 kg ▪ Poduszka do pozycji leżącej pół – bocznej pacjenta rozm.: 180-185 x 50 - 55 cm, waga: 2,00 do 2,50 kg ▪ Poduszka odwodząca kończyny dolne rozm.: 30-35 x 25-30 cm, waga: 0,4-0,5 kg ▪ Zewnętrzna powłoka pozycjonerów powinna być wykonana z materiału zapewniającego bezpieczeństwo septyczne (przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne) z wykorzystaniem



			technologii jonów srebra
7.	Koncentrator tlenu	5	- Waga urządzenia: do 35 kg, wyposażony w kółka - Zasilanie sieciowe, - Pobór mocy: do 400 VAT, - Koncentracja tlenu: 93% +/- 3 %, - Głośność: do 50 +/- 5 dB, - Przepływ: 3-5 l/min, - Urządzenie wyposażone w czujnik stężenia tlenu, - Urządzenie wyposażone w nebulizator, - System funkcji alarmowych: niskiej koncentracji tlenu, nieprawidłowego rozprowadzenia ciśnienia, awarii kompresora, niskiego poziomu przepływu, - Do każdego zestawu dodatkowo akcesoria wymienne (indywidualizowane dla każdego użytkownika, jak np. wężyk doprowadzający, maska, nebulizator) 5 szt.
8.	Podnośnik transportowo - kąpielowy	3	- Maksymalny udźwig: 150 kg - Sposób podnoszenia: elektryczny - Sposób rozstawu nóg: manualny - Waga urządzenia: 30-35 kg - Pojemność akumulatora: minimalnie 40 podnośnień - Wieszak 2 punktowy - Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z ziemi - Przedział podnoszenia - min/max 400-450/1600-1650 mm - Szerokość zewnętrzna podstawy - min/max 600-650/950-1000 mm - Szerokość wnętrza podstawy – min/max 350-400/500-550 - Wysokość podstawy montażowej – min/max 100-110/150-160 - Długość nóg – 1000-1200 mm - Promień skrętu – 1200-1400 mm - Średnica kół - przód/tył 60-75/90-100 - Podwieszka transportowo-kąpielowa z podparciem głowy z udźwigiem 275 kg. w rozm.L (3 szt.)
10.	Bieżnia rehabilitacyjna	3	- Klasa dokładności: C - Klasa użytkowania: H - Typ napędu: elektryczny - Moc silnika (HP): 3 - Zakres prędkości (km/h): 0.8 ÷ 14 - Wymiary pasa bieżnego: długość (mm): 1280-1350, szerokość (mm): 450-600 - Komputer (pomiar): czas, dystans, prędkość, puls, kalorie, - Wyposażenie dodatkowe: sensory do pomiaru pulsu, odbiornik pasa telemetrycznego, miejsce na urządzenie mobilne, rolki lub kółka transportowe - Wymiary bieżni (rozłożony): długość (mm): 1500-1650, szerokość



			(mm): 760-900, wysokość (mm): 1200-1590, możliwość składania bieżni - Wymiary bieżni (złożony): długość (mm): 1500-1700, szerokość (mm): 760-900, wysokość (mm): 380 -500 - Komputer (funkcje): SCAN, min. 2 wbudowane programytreningowe, możliwość obsługi aplikacji mobilnych, bluetooth - Maksymalna waga użytkownika (kg): 110 - Zasilanie: 230V
11.	Środki do dezynfekcji sprzętu	Zestaw	- Płyn do dezynfekcji powierzchni: - przeznaczony do małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w SPA, powierzchni mających kontakt z żywnością, - o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym (w zakresie grzybów drożdżopodobnych) i ograniczonym wirusobójczym, - posiadający rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy - produkt bezpieczny dla powłok Ag+ - pojemność 5l, - termin ważności nie krótszy niż 36 m-cy (co najmniej 3 szt.) - termin ważności nie krótszy niż 24 m-ce (co najmniej 2 szt.) - łącznie 5 szt. x 5l - Pianka do dezynfekcji powierzchni: - przeznaczona do różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego i plexi. Przeznaczona - przebadana zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych (EN14885). - Posiadająca szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, grzyby, wirusy, - pojemność 1l w butelce ze spryskiwaczem, - termin ważności nie krótszy niż 36 m-cy (co najmniej 3 szt.) - termin ważności nie krótszy niż 24 m-ce (co najmniej 2 szt.) - łącznie 5 szt. x 5l

1. **W ramach umowy Wykonawca zobligowany będzie:**

- zapewnić transport przedmiotu zamówienia do pomieszczeń budynku Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym zakresie przez producenta,
- koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu,

transportu oraz montażu (wraz z usunięciem opakowań związanych z dostawą sprzętu) wszystkich elementów wyposażenia oraz przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania ponosi Wykonawca.

2. **Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia:**

- był objęty gwarancją producenta/ dostawcy dla celów komercyjnych na czas min. 24 miesięcy,
- był objęty autoryzowanym serwisem producenta sprzętu, przy czym czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 24 h.

Sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się sprzętu medycznego rekondycjonowanego oraz sprzętu medycznego demonstracyjnego. Sprzęt medyczny musi być wolny od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych. Zaoferowany sprzęt musi posiadać świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie RP.