



Materiali di consumo per GL 48 & GL 49



25 strisce reattive Beurer per la misurazione della glicemia con GL 48 / GL 49

Senza codice

1 contenitore con 25 strisce reattive da utilizzare con sistemi di monitoraggio della glicemia Beurer GL 48 & GL 49

Enzima: GDH

Qualità delle strisce reattive certificata (controllo continuo dei lotti)*

Durata della confezione aperta: 24 mesi (entro la scadenza del lotto)

Lingue: DE, IT


Confezione: 25 / Cartone di spedizione: 4 x 25

Cod. EAN: 4211125 463717

N. art.: 463.71

Codice CND: W0101060101

Codice RDM: 2050614



* Controllo continuo dei lotti da parte dell'Istituto per il diabete di Karlsburg

50 strisce reattive Beurer per la misurazione della glicemia con GL 48 / GL 49

Senza codice

2 contenitori ciascuno con 25 strisce reattive da utilizzare con sistemi di monitoraggio della glicemia GL 48 & GL 49

Enzima: GDH

Qualità delle strisce reattive certificata (controllo continuo dei lotti)*

Durata della confezione aperta: 24 mesi (entro la scadenza del lotto)

Lingue: DE, IT


Confezione: 25 / Cartone di spedizione: 4 x 25

Cod. EAN: 4 211125 46376 2

N. art.: 463.76

Codice CND: W0101060101

Codice RDM: 2050617



* Controllo continuo dei lotti da parte dell'Istituto per il diabete di Karlsburg





Materiali di
consumo per
GL 48 & GL 49
beurer
medical

Materiali di consumo per GL 48 & GL 49

 german
engineering

Soluzione di controllo del sistema di misurazione della glicemia Beurer GL 48 / GL 49 LEVEL 7 + LEVEL 8

1 flacone con 4 ml di soluzione di controllo LEVEL 7

1 flacone con 4 ml di soluzione di controllo LEVEL 8

Per il controllo del range di misurazione medio ed elevato della glicemia

Durata della confezione aperta: 90 giorni (entro scadenza del lotto)

Lingue: EN, DE, FR, ES, IT

Confezione: 4 / Cartone di spedizione: 25 x 4

Cod. EAN: 4211125 46364 9

N. art.: 463.64

Codice CND: W0101050201

Codice RDM: 2050620

