

Vorvertragliche Informationspflichten gemäß Art. 3 Abs.2 der Verordnung (EU) 2023/2854 ("Data Act")

1. Beschreibung der generierten Daten für das Produkt BM58

1.1. Die folgenden Datenarten können vom vernetzten Produkt generiert werden:

Systole, Diastole, Puls, Zeitstempel, IHB

1.2. Die Produktdaten können in den folgenden Formaten generiert werden:

Zahl, Datum/Uhrzeit

1.3. Pro Messung können Produktdaten in folgendem geschätzten Umfang generiert werden:

16 byte

2. Datengenerierung in Echtzeit und kontinuierlich

Das Produkt ist nicht in der Lage Daten kontinuierlich und in Echtzeit zu generieren.

3. Speicherort und Speicherdauer

3.1. Die vom Produkt generierten Daten können an folgenden Orten gespeichert werden:

- Auf dem Gerät
- Lokal in der App / auf dem Smartphone (optional)
- In der Beurer HealthManager pro Cloud (optional)

3.2. Die Speicherdauer der vom Produkt generierten Daten ist abhängig vom Speicherort wie folgt:

- Bei Speicherung auf dem Gerät temporär bis zur Überschreibung von vorherigen Datensätzen durch aktuelle Datensätze oder bis zur manuellen Löschung.
- Bei Speicherung in der App bis zur Löschung durch den Nutzer.
- Bei Speicherung in der Cloud bis zur Löschung durch den Nutzer.

4. Zugriffs-, Abrufs- und Löschmöglichkeiten

4.1. Zugriffsmöglichkeit

- Auf dem Gerät
- Über den verbundenen Dienst an den das Gerät angebunden wird.

4.2. Abrufsmöglichkeit

- Über den verbundenen Dienst an den das Gerät angebunden wird.
(CSV, PDF)

4.3. Löschmöglichkeit

- Am Gerät
- Über den verbundenen Dienst an den das Gerät angebunden wird.

5. Übertragungstechnologie

USB