

# saremco print | Aperçu des compatibilités

MATÉRIAU D'IMPRESSION 3D	IMPRIMANTE 3D	NETTOYAGE	POST-TRAITEMENT
<b>DENTURETEC</b> pour tous les types de bases de prothèses dentaires	<b>ASIGA</b> toutes les imprimantes 385nm  D'autres dispositifs suivront	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyage à la main (brosses et chiffons) avec une utilisation minimale de IPA (96%)</li><li>• Séchage à l'air de la surface et de l'intérieur de l'impression objet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OtoFlash</b> (NK-Optik) 2 x 2000 Flashes</li><li>• <b>HiLite Power</b> (Kulzer) 2 x 180 s</li></ul> D'autres dispositifs suivront

Remarque : cette présentation de la compatibilité ne remplace pas le mode d'emploi. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

Modifié : 04/2022 | D600245 | Dispositif médical de classe IIa

Plus d'informations sur [saremco.ch/fr/telechargement/mode-demploi/](https://saremco.ch/fr/telechargement/mode-demploi/)