Typesafe™ | Dispositivo de perforación de segmentos



1. Inserte el extremo delgado del dispositivo Typesafe en el tubo de ensayo. Asegúrese de que el dispositivo se sitúe directamente sobre la parte superior del tubo de ensayo durante el uso, para que el extremo delgado apunte directamente hacia abajo.

   - Use guantes al momento de manipular Typesafe

2. Mientras sostiene con firmeza el tubo de ensayo y el dispositivo Typesafe con una mano, inserte el segmento de sangre en Typesafe con la otra mano, apuntando al centro del dispositivo. Presione suavemente hasta que la aguja haya perforado el segmento. Aplique presión al segmento, empujando la sangre al tubo de ensayo.

   - No lo apriete hasta que la aguja haya perforado el segmento

3. Cuando se haya dispensado la muestra deseada en el tubo de ensayo, retire el segmento de sangre y el dispositivo Typesafe. Deseche adecuadamente ambos artículos en un recipiente designado para residuos médicos peligrosos.

   - Para un solo uso
   - Para fines de diagnóstico in vitro

Visite www.typenex.com o llámenos al 866.897.3639 para obtener más información.

typenex

AN-0703-017.2
MC-TS-SPANISH-DFU-102014