

CAGOULE VISCOSE PERFOREE 35g/m² PAREDES TAILLE UNIQUE

958322
958323

Cagoule viscose perforée 35g/m², conçue pour une utilisation en milieu médical et hospitalier.

Destination : utilisé par le personnel médical , destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux entre le personnel chirurgical et les patients au cours des interventions chirurgicales.



LES + PRODUITS

- + Respirante et douce
- + Idéal pour une utilisation bloc opératoire ou salle de soin
- + Confortable
- + Durée de conservation 3 ans


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Viscose Spunlace microperforée, 35 g/m ²
FILS DE COUTURE	100 % Polyester
TYPE DE COUTURE	Surjet (overlock) sur la partie faciale, bord intérieur cousu, fermeture par liens
TAILLE	TU

pour toujours mieux consommer

Des gestes simples pour maîtriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, PAREDES prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

DESSIN TECHNIQUE



CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COULEUR	BOITE DISTRIBUTRICE	COLISAGE
958322	Bleu	Boite de 100 17 x 17 x 30 cm	10 boites par colis 77 x 47 x 31 cm
958323	Vert		

Les dimensions et caractéristiques techniques de nos produits font l'objet de tolérances de +/- 5% pouvant faire varier les valeurs ci dessus.
Cette fiche produit reflète les principales caractéristiques de nos produits mais ne seraient être considérée comme un engagement contractuel

CAGOULE VISCOSE PERFOREE 35g/m²

PAREDES TAILLE UNIQUE

958322

958323

CERTIFICATIONS

Dispositif médical de classe I, Conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux normes harmonisés et/ou spécifications techniques applicables, listées ci-dessous :

ISO 10993-5 :2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : essais concernant la cytotoxicité in vitro

ISO 10993-10 :2021 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais de sensibilisation cutanée

EN ISO 11737-1/A1 :2021 Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 1 : détermination d'une population de microorganismes sur des produits - Amendement 1

NF EN ISO 9073-1 :2023 Non tissés - Méthodes d'essais - partie 1 : détermination de la masse surfacique

NORME NF EN ISO 9073-3 :2023 Non-tissés - Méthodes d'essai - Partie 3 : détermination de la résistance à la traction et de l'allongement à la rupture par la méthode sur bande

Fabrication conforme au système de management de la qualité certifié ISO 13485:2016.



CAGOULE VISCOSE PERFOREE 35g/m²

PAREDES TAILLE UNIQUE

958322
958323

Définition des pictogrammes dispositif médical

Pictogramme	Définition
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Limites de températures
	Craint l'humidité
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
REF	Référence catalogue
MD	Dispositif médical
LOT	Numéro de lot du fabricant
	Date de fabrication
	Date limite d'utilisation
	Fabricant du Dispositif Médical
CE	Conformes aux règlements européens applicables
	Ne pas réutiliser
	Non stérile
UDI	Identifiant unique du dispositif

Les dimensions et caractéristiques techniques de nos produits font l'objet de tolérances de +/- 5% pouvant faire varier les valeurs ci dessus.
Cette fiche produit reflète les principales caractéristiques de nos produits mais ne seraient être considérée comme un engagement contractuel