FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 29/07/2026

BONNET VISCOSE PERFOREE 35g/m2 PAREDES TAILLE UNIQUE

958326 958327 958328



DISPOSITIF MÉDICAL
LATEX
2
NON STÉRILE

Bonnet viscose perforée, conçue pour une utilisation en milieu médical et hospitalier.
Destination : utilisé par le personnel médical , destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux entre le personnel chirurgical et les patients au cours des interventions chirurgicales.

LES + PRODUITS

+ Respirant
+ Idéal pour une utilisation bloc opératoire ou salle de soin
+ Confortable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Viscose Spunlace microperforée, 35 g/m²
FILS DE COUTURE	100 % Polyester
TYPE DE COUTURE	Surget (overblock)
TAILLE	Taille unique
DUREE DE VIE DU PRODUIT (DLU)	36 mois

éco attitude
pour toujours mieux consommer

Des gestes simples pour maitriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, PAREDES prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

Indications d'utilisation :
- Interventions en bloc opératoire.
- Soins réalisés en salles de soins ou zones à hygiène maitrisée.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COULEUR	BOITE DISTRIBUTRICE	COLISAGE
958326	Bleu	Boite de 100 17 x 24 x 30 cm	10 boites par colis 65 x 37 x 35 cm
958327	Vert		10 boites par colis 65 x 35 x 35 cm
958328	Multi-couleur		10 boites par colis 65 x 35 x 35 cm

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 29/07/2026

BONNET VISCOSE PERFOREE 35g/m2 PAREDES TAILLE UNIQUE

CERTIFICATIONS

Dispositif médical de classe I, Conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux normes harmonisés et/ou spécifications techniques applicables, listées ci-dessous :

ISO 10993-5 :2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : essais concernant la cytotoxicité in vitro
ISO 10993-10 :2021 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais de sensibilisation cutanée
EN ISO 11737-1/A1 :2021 Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 1 : détermination d'une population de microorganismes sur des produits - Amendement 1
NF EN ISO 9073-1 :2023 Non tissés - Méthodes d'essais - partie 1 : détermination de la masse surfacique
NORME NF EN ISO 9073-3 :2023 Non-tissés - Méthodes d'essai - Partie 3 : détermination de la résistance à la traction et de l'allongement à la rupture par la méthode sur bande

Fabrication conforme au système de management de la qualité certifié ISO 13485:2016

CE

DEFINTION DES PICTOGRAMMES DISPOSITIF MEDICAL


Tenir à l'écart de la lumière du soleil


Limites de températures


Craint l'humidité


Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Référence catalogue



Dispositif médical



Numéro de lot du fabricant


Date de fabrication


Date limite d'utilisation


Fabricant du Dispositif Médical


Conformes aux règlements européens applicables


Ne pas réutiliser



Non stérile



Identifiant unique du dispositif

Les dimensions et caractéristiques techniques de nos produits font l'objet de tolérances de +/- 5% pouvant faire varier les valeurs ci dessus.
Cette fiche produit reflète les principales caractéristiques de nos produits mais ne seraient être considérée comme un engagement contractuel

1 rue Georges Besse - 69740 GENAS. Tél. : 0805 620 205. Email : contact@paredes.fr. Photos non contractuelles.