
Produkt	VALUE toiletstøtte, 850 mm
Varenummer	R1081000
	EAN:5708590346847
Farve	Hvid



Produktbeskrivelse	VALUE og VALUE II toiletstøtter med ALBA-vinge-monteringsprofil er specielt designet til anvendelse sammen med SELECT TL3 og TL4 toiletløftere. Højderegulering af den elektriske toiletløfter foretages ved hjælp af betjeningspanel som medfølger toiletstøtten. VALUE toiletstøtte, 850 mm, opklappelig, højderegulérbar 150 mmuden brug af værktø (højrehåndsbetjent) j. En god hjælp, når man sidder, står, eller skal forflytte sig ved toilettet. Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium, endeprop i nylon (PA). Til eftermontering på TL3/TL4 elektrisk/manuel toiletløfter, ALBA-vinge-monteringsprofil medfølger. Monteres til venstre for bruger.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	150 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 120 kg.
Materialer	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Endepropperne er fremstillet af nylon (PA).
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

Produkt	VALUE toiletstøtte, 850 mm
Varenummer	R1081000

Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.
Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.
Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.

Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.

DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Sprit (husholdningssprit)
Suma Bac D10
Virkon
WipeClean UniversalCleaning
Chrolorine Disinfection Wipes

IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200

Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

Overenstemmelses-erklæring

Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com