

Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage
Certificato di taratura • Informe de calibración



Gerät / Module type /

Modèle / Modelo:

testo 175H1

Messbereich / Measuring range /

Etendue de mesure / Rango de medición:

Temperature: -20 ... +55°C

Humidity: 0...100 %rF %rH

Serien-Nr. / Serial no. /

N° de série / Número de serie:

XXXXXXXXXX

Segmenttest / Display test /

Test d'affichage / Test del visualizador:

OK

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:		
Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
Temperature :		
25.0 °C	±0.4 °C	24.9 °C
Humidity:		
44.3 %rH	±2.0 %rH	44.3 %rH

Prüfer / Inspector /
Responsable / Verificador