



제2012-2454-005호

# 안 전 인 증 서

**BW Technologies by Honeywell**

2840 - 2nd Ave S.E., Calgary, Alberta T2A 7X9, Canada

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

GasAlertMax XT II Portable Gas Detector

## 형식·모델(용량·등급) / 인증번호

XT-XWHM-... (Ex ia IIC T4) / 12-KB4BO-0054

## 인 증 기 준

고용노동부고시 제2010-36호

## 인 증 조 건

### 1. 제조공장

본 인증서는 '2840 - 2nd Ave S.E. Calgary, Alberta T2A 7X9, Canada'에서 생산하는 제품에 한함

### 2. 제품개요

- Portable multi-gas detector
- 정격전원 : 4.2V Lithium Polymer 배터리
- 사용주위온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

### 3. 인증범위 : 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

·XT-XWHM-... ( X=Indicates the Oxygen Sensor O/X, W=Indicates the Combustible Sensor O/W, H=Indicates the Hydrogen Sensor O/H/H1-H5, M=Indicates the Carbon Monoxide Sensor O/M/M1-M5 )

### 4. 안전한 사용을 위한 조건

·주의사항: 폭발위험장소에서는 배터리를 교체, 충전하지 마시오.

### 5. 인증(변경)사항 : 없음

### 6. 그 밖의 사항 : 없음

2012 년 1 월 17 일

## 한국산업기술시험원장

