



안 전 인 증 서

BW Technologies by Honeywell

2840 - 2nd Ave S.E., Calgary, Alberta T2A 7X9, Canada

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

GasAlertQuattro Portable Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

QT-XWHM-**-*** (Ex ia IIC T4, T135.3℃) / 12-KB4BO-0049

인 증 기 준

고용노동부고시 제2010-36호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 '2840 - 2nd Ave S.E., Calgary, Alberta T2A 7X9, Canada'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

·Portable multi-gas detector

·제품정격: 배터리 전원(최대 4.5 Vdc) - 4.2V Lithium polymer battery pack 또는 3-cell "AA" Alkaline pack(Duracell MN1500 and Energizer E91VP)

·사용주위온도 : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위 : 다음 페이지 참조

4. 안전한 사용을 위한 조건

Battery Type	Temperature Code
Energizer E91VP	T135.3℃
Duracell MN1500	T4 (129.9℃)
Lithium Polymer	T4 (135℃)

·주의사항: 폭발위험장소에서는 배터리를 교체, 충전하지 마시오. 기타 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항 : 없음

2012 년 1 월 13 일

한국산업기술시험원장

