

**OPERATING MANUAL
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

T 814245 04/2014

IoLine - 3 in 1
IoLine Micro - 3 in 1

IoLine



IoLine

Operating Manual	3
Technical data.....	5
Commissioning, measuring, calibration	6
Storage	7
Aging.....	8
Maintenance and cleaning	8
Wear parts and accessories	9
Mode d'emploi.....	11
Caractéristiques techniques	13
Mise en service, mesure, calibration	14
Stockage	15
Vieillissement.....	16
Maintenance et nettoyage.....	16
Pièces d'usure et accessoires.....	17
Instrucciones de operación	19
Especificaciones técnicas	21
Puesta en funcionamiento, medición, calibración	22
Almacenamiento	23
Envejecimiento	24
Mantenimiento y limpieza.....	24
Piezas de desgaste y accesorios	25
Contact Information.....	27

OPERATING MANUAL

T 814245 04/2014

IoLine - 3 in 1
IoLine Micro - 3 in 1

IoLine

pH COMBINATION ELECTRODES WITH TRIPLE JUNCTION 3 IN 1





For the most recent version of the manual, please visit www.ysi.com.

Contact

YSI
1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387 USA
Tel: +1 937-767-7241
800-765-4974
Email: environmental@ysi.com
Internet: www.ysi.com

Copyright

© 2014 Xylem Inc.

Technical data

General data

Model	Reference electrolyte	Junction	NTC	Special features
IoLine – 3 in 1	KCl 3 mol/l, Ag ⁺ free	Platinum	Yes	Iodine/Iodide reference systeme
IoLine Micro – 3 in 1	KCl 3 mol/l, Ag ⁺ free	Platinum	Yes	Iodine/Iodide reference systeme

Measurement and application characteristics

Model	pH measuring range	Allowed temperature	Membrane resistance at 25 °C	Typical application
IoLine – 3 in 1	0 ... 14	-5 ... 100 °C 23 ... 212 °F	< 200 MΩ	Measurement in tris buffers
IoLine Micro – 3 in 1	0 ... 14	-5 ... 100 °C 23 ... 212 °F	< 400 MΩ	Measurement in tris buffers

Shaft dimensions, shaft material, electrical connection

Model	Shaft			Electrical connection		
	Length [mm]	Ø [mm]	Material	Combination electrode connection	Meter connection	Cable length
IoLine – 3 in 1	120	12	Glass	Cable	BNC+banana	1 m
IoLine Micro – 3 in 1	200 (70/130)	12/6	Glass	Cable	BNC+banana	1 m


Commissioning, measuring, calibration

Commissioning

The combination electrodes except the Micro are delivered with an irrigation cap. The irrigation cap can also be used as storage equipment between measurements. Due to its small pipe diameter, the micro model is stored in a screw-top glass pipe. The electrodes are filled with reference electrolyte solution in the factory. Prepare the combination electrode for measuring as follows:

- The closure of the refilling opening consists of a slide. Open the refilling opening for the reference electrolyte solution.

The refilling opening must always be open during calibration and measurement!



- The bridge electrolyte (3 mol/l KCl) that fills the item during delivery can be replaced as needed with an electrolyte solution that matches the sample. For a stable measurement, the conductivity of the individual bridge electrolyte should be at least 10 mS/cm.
- The colored, iodine electrolyte solutions of the IoLine electrodes are inside a closed system and must therefore not be refilled. You must make sure that the bridge electrolyte is free of silver ions.



Note

The bridge electrolyte must be free of silver ions.

- Connect the combination electrode to the meter
- Calibrate the combination electrode according to the operating manual of the meter. When doing so, observe the general rules on the following page.
- Make sure the refilling opening for the reference electrolyte solution is open.
- Avoid the displacement of any solution (sample or buffer solution) from one measurement to the next by taking the following measures:
 - Shortly rinse the calibration and sample beakers with the solution the beakers are to be filled with next.
 - Between measurements, rinse the combination electrode with the solution that follows. Alternatively, you can also rinse the combination electrode with deionized water and then carefully dab it dry.

- Immerse the combination electrode in the solution in a vertical or slightly tilted position.
- Make sure the immersion depth is correct. The junction must be completely submersed in the solution. At the same time, the level of the reference electrolyte must be at least 2 cm above the level of the solution.
- Provide approximately the same stirring conditions for measuring as for calibrating.

The frequency of subsequent calibrations depends on the application. Many meters provide an option where you can enter a calibration interval. After the calibration interval has expired, the meter will automatically remind you of the due calibration.

Storage

With the refilling opening open, immerse the combination electrode in reference electrolyte (KCl 3 mol/L, Ag⁺ free). Observe the minimum depth of immersion. Prior to the next measurement, shortly rinse the combination electrode with the test sample or deionized water.



Note

Prevent contact of the pH membrane to the beaker bottom to avoid scratches on the pH membrane.

Put the clean combination electrode in the watering cap that is filled with reference electrolyte (KCl 3 mol/L, Ag⁺ free) and close the refilling opening.



Overnight or
longer

Note

pH combination electrodes must not be stored dry or in deionized water. The combination electrode could be permanently damaged by this. If the liquid in the irrigation cap has dried up, condition the combination electrode in reference electrolyte (KCl 3 mol/L, Ag⁺ free) for at least 24 hours.



Note

During longer storing periods, salt sediments may develop on the watering cap. They do not affect the measuring characteristics and can easily be removed with deionized water when the combination electrode is put into operation again.

Aging

Every pH combination electrode undergoes a natural aging process. With aging, the responding behavior becomes slower and the electrode slope and asymmetry change. Moreover, extreme operating conditions can considerably shorten the lifetime of the combination electrode. These are:


- Strong acids or lyes, hydrofluoric acid, organic solvents, oils, fats, bro- mides, sulfides, iodides, proteins
- High temperatures
- High changes in pH and temperatures
- The warranty does not cover failure caused by measuring conditions and mechanical damage.

Maintenance and cleaning

Refilling the reference electrolyte

During operation, a small amount of reference electrolyte leaks through the junction from the combination electrode into the test sample. If the level of reference electrolyte becomes too low with time, refill it through the refilling opening. Refilling is very easy with the enclosed dropping bottle. Proceed as follows:

- Cut off the tip of the dropping bottle at a right angle until the opening in the tip can be seen
- Open the refilling opening of the combination electrode
- Press the tip of the dropping bottle into the refilling opening while turning it slightly
- Pump the reference electrolyte in the shaft using the dropping bottle
- Pull the dropping bottle out of the refilling opening while turning it slightly if necessary



Cleaning Remove water-soluble contamination by rinsing with deionized water. Remove other contamination as follows:

Contamination	Cleaning procedure
Fat and oil	Rinse with water containing household washing-up liquid
Lime and hydroxide deposits	Rinse with citric acid (10 % by weight)
Proteins	Immerse in pepsin cleaning solution PEP/pH for approx. 1 hour. <u>Note:</u> Make sure the level of the reference electrolyte is above that of the cleaning solution.



Note

Hydrofluoric acid, hot phosphoric acid and strong alkaline solutions destroy the glass membrane.

After cleaning

Rinse the combination electrode with deionized water and condition it in reference electrolyte solution (KCl 3 mol/l, Ag⁺ free) for at least 1 hour. Then recalibrate the combination electrode.

Wear parts and accessories

Description	Model	Order no.
Reference electrolyte solution 250 ml (KCl 3 mol/l, Ag ⁺ free)	KCl-250	109 705Y

IoLine - 3 in 1
IoLine Micro - 3 in 1

IoLine

CHAÎNES DE MESURE DU pH À TRIPLE JONCTION 3 IN 1





La version actuelle du mode d'emploi est disponible sur Internet à l'adresse www.ysi.com.

Coordinnées

YSI
1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387 USA
Tel: +1 937-767-7241
800-765-4974
Email: environmental@ysi.com
Internet: www.ysi.com

Copyright

© 2014 Xylem Inc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Modèle	Electrolyte de référence	Diaphragme	NTC	Particularités
IoLine – 3 in 1	KCl 3 mol/l, sans Ag ⁺	Platine	Oui	Système de référence Iodine/Iodide
IoLine Micro – 3 in 1	KCl 3 mol/l, sans Ag ⁺	Platine	Oui	Système de référence Iodine/Iodide

Propriétés de mesure et caractéristiques d'utilisation

YSI model	pH measuring range	Allowed temperature range	Membrane resistance at 25 °C	Typical application
Science pHT-Pt	0 ... 14	-5 ... 100 °C	< 300 MΩ	Laboratory
Science pHT-G	0 ... 14	-5 ... 100 °C	< 300 MΩ	Laboratory
Science pHT-Micro	0 ... 14	-5 ... 100 °C	< 500 MΩ	Laboratory

Modèle	Gamme de mesure de pH	Gamme de température admissible	Résistance de la membrane à 25 °C	Applicaion typique
IoLine – 3 in 1	0 ... 14	-5... 100 °C 23 ... 212 °F	< 200 Mohm	Mesure dans les tampons tris
IoLine Micro – 3 in 1	0 ... 14	-5 ... 100 °C 23 ... 212 °F	< 400 Mohm	Mesure dans les tampons tris

Dimensions du corps, matériau utilisé pour le corps, raccordement électrique

Modèle	Corps			Raccordement électrique		
	Longueur [mm]	Ø [mm]	Matériau	Raccorde-ment chaîne de mesure	Raccorde-ment appareil	Lon-gueur de câble
IoLine – 3 in 1	120	12	Verre	Câble fixe	BNC+banane	1 m
IoLine Micro – 3 in 1	200 (70/130)	12/6	Verre	Câble fixe	BNC+banane	1 m


Mise en service, mesure, calibration

Mise en service

Toutes les électrodes, à l'exception de Micro, sont fournies avec un capuchon d'humectation utilisé pour stocker le capteur entre les mesures. À cause faible diamètre du tuyau, le modèle micro est stocké dans un tube de verre vissable par le haut. La chaîne de mesure est remplie d'une solution d'électrolyte de référence à l'usine. Avant la mesure, préparer la chaîne de mesure comme suit:

- Ouvrir l'orifice de remplissage pour solution d'électrolyte de référence. Selon le modèle, le dispositif de fermeture de l'orifice de remplissage est constitué d'un bouchon en estalomère ou d'une vanne.

Pendant la calibration et la mesure, l'orifice de remplissage soit toujours être ouvert!



- Le pont électrolytique (3 mol/1 KCl) qui remplit l'élément pendant la fourniture peut être remplacé selon les besoins par une solution électrolytique correspondant à l'échantillon. Pour une mesure stable, la conductivité du pont électrolytique individuel doit être d'au moins 10 mS/cm.
- Les solutions électrolytiques colorées à iodé des électrodes IoLine se trouvent à l'intérieur d'un système fermé et ne doivent donc pas être rechargées. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'ions d'argent dans le pont électrolytique

Remarque



- Raccorder la chaîne de mesure à l'appareil de mesure.
- Calibrer la chaîne de mesure conformément au mode d'emploi de l'appareil de mesure et en veillant au respect des règles suivantes:
- Veiller à ce que l'orifice de remplissage pour la solution d'électrolyte de référence soit ouvert.
- Eviter le transfert de solution (solution tampon ou solution de mesure) d'une mesure à l'autre en prenant les précautions suivante

- Rincer rapidement les récipients de calibration et à échantillon avec la solution avec laquelle le récipient sera ensuite rempli.
- Entre les différentes mesures, rincer la chaîne de mesure avec la solution suivante. Alternativement, il est également possible de rincer la chaîne de mesure à l'eau désionisée et de l'essuyer ensuite avec précaution, en tamponnant et sans frotter.
- Plonger la chaîne de mesure dans la solution à la verticale ou légèrement inclinée.
- Respecter la profondeur d'immersion correcte. Le diaphragme doit être entièrement immergé dans la solution. Le diaphragme se trouve dans la zone de l'extrémité inférieure du corps (voir figure). En même temps, le niveau de l'électrolyte de référence doit être à au moins 2 cm au-dessus du niveau de la solution.
- Pour la mesure, créer des conditions de brassage à peu près identiques à celles de la calibration.

La fréquence des calibrations de suite dépend de l'application. De nombreux appareils de mesure offrent la possibilité d'entrer un intervalle de calibration. Après expiration de l'intervalle de calibration, l'appareil signale automatiquement qu'il est temps de procéder à la nouvelle calibration.

Stockage

Plonger la chaîne de mesure, orifice de remplissage ouvert, dans l'électrolyte de référence (KCl 3 mol/l, sans Ag⁺). Avant la mesure suivante, rincer rapidement la chaîne de mesure avec la solution de mesure ou avec de l'eau désionisée.

Information

Eviter le contact de la membrane de pH avec le fond du récipient de manière à ne pas égratigner la membrane de pH.

Pour la nuit ou plus

Insérer la chaîne de mesure propre dans le capuchon de lavage rempli d'électrolyte de référence (KCl 3 mol/l, sans Ag⁺) et fermer l'orifice de remplissage.

Remarque

Ne pas stocker les chaînes de mesure du pH sans qu'elles soient sèches ni dans l'eau désionisée. La chaîne de mesure pourrait être durablement endommagée de ce fait. Si le liquide a séché dans le capuchon de lavage, conditionner la chaîne de mesure au moins pendant 24 h dans de l'électrolyte de référence (KCl 3 mol/l, sans Ag⁺).

Remarque

Lors de durées de stockage relativement longues, des dépôts de sel peuvent se former sur le capuchon de lavage. Ceux-ci n'ont pas d'influence sur les propriétés de mesure et peuvent être éliminés simplement avec de l'eau désionisée lors de la remise en service.

Vieillissement

Toute chaîne de mesure du pH est soumise à un vieillissement naturel. Au fur et à mesure de ce vieillissement, les caractéristiques de réponse sont de moins en moins bonnes et la pente de la chaîne de mesure ainsi que l'asymétrie se modifient. En outre, la durée de vie peut être considérablement raccourcie par des conditions d'utilisation extrêmes, parmi lesquelles figurent:

- les acides et bases forts, l'acide fluorhydrique, les solvants organiques, huiles, graisses, bromures, sulfures, iodures et albumens
- les températures élevées
- les fortes variations de pH et de températures.


Les défaillances ou dommages mécaniques causés par de telles conditions ne sont pas couverts par la garantie.

Maintenance et nettoyage

Remplissage d'électrolyte de référence

De par le fonctionnement, pendant l'utilisation, de faibles quantités d'électrolyte de référence s'échappent de la chaîne de mesure par le diaphragme dans la solution de mesure. Si le niveau baisse trop avec le temps, il faut ajouter de l'électrolyte de référence par l'orifice de remplissage. Le remplissage s'effectue très simplement au moyen du flacon à jet joint à la livraison. A cet effet, procédez ainsi:

- Couper la pointe du flacon à jet tout droit jusqu'à ce que l'orifice se trouvant dans la pointe soit visible
- Ouvrir l'orifice de remplissage de la chaîne de mesure
- Pousser la pointe du flacon à jet dans l'orifice de remplissage en tournant légèrement
- Pomper de l'électrolyte de référence dans le corps au moyen du flacon à jet
- Retirer le flacon à jet de l'orifice de remplissage, également en tournant légèrement.



Nettoyage Eliminer les salissures solubles dans l'eau par rinçage à l'eau désionisée. Pour les autres types de souillures, procéder ainsi:

Type de salissure	Méthode de nettoyage
Graisse et huile	Rincer avec de l'eau additionnée de produit à vaisselle
Dépôts de calcaire et d'hydroxyde	Rincer avec de l'acide citrique (10 % en poids)
Albumens	Immerger pendant environ 1 heure dans une solution nettoyante à la pepsine PEP/pH. Remarque: Veiller à ce que le niveau de l'électrolyte de référence se trouve au-dessus du niveau de la solution de nettoyage.

Remarque



L'acide fluorhydrique, l'acide phosphorique chaud et les solutions fortement alcalines détruisent la membrane de verre.

Après le nettoyage

Rincer la chaîne de mesure à l'eau désionisée et la conditionner au moins une heure dans de la solution d'électrolyte de référence. Ensuite, calibrer à nouveau la chaîne de mesure.

Pièces d'usure et accessoires

Description	Modèle	Référence
Solution d'électrolyte de référence 250 ml (KCl 3 mol/l, sans Ag ⁺ free)	KCl-250	109 705Y

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

T 814245 04/2014

IoLine - 3 in 1
IoLine Micro - 3 in 1

IoLine

ELECTRODOS COMBINADOS DE pH CON JUNTA TRIPLE 3 EN 1





La versión actual de las instrucciones de operación lo encuentra Ud.
en el internet www.ysi.com.

Contacto

YSI
1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387 USA
Tel: +1 937-767-7241
800-765-4974
Email: environmental@ysi.com
Internet: www.ysi.com

Copyright

© 2014 Xylem Inc.

Especificaciones técnicas

Datos generales

Modelo	Electrolito de referencia	Diáfragma	NTC	Particularidades
IoLine – 3 in 1	KCl 3 mol/l, sin Ag ⁺	Platino	Si	Sistema de referencia de Iodine/Iodide
IoLine Micro – 3 in 1	KCl 3 mol/l, sin Ag ⁺	Platino	Si	Sistema de referencia de Iodine/Iodide

Características de medición y aplicaciones

Modelo	Rango de medición pH	Rango de temperatura admisible	Resistencia de medición a 25 °C	Aplicación típica
IoLine – 3 in 1	0 ... 14	-5 ... 100 °C 23 ... 212 °F	< 200 MΩ	Medición en soluciones amortiguadoras Tris
IoLine Micro – 3 in 1	0 ... 14	-5 ... 100 °C 23 ... 212 °F	< 400 MΩ	Medición en soluciones amortiguadoras Tris

Dimensiones y material del vástago, conexión eléctrica

Modelo	Vástago			Conexión eléctrica		
	Longitud [mm]	Ø [mm]	Material	Conexión de la sonda de medición	Conexión del instrumento	Longitud cable
IoLine – 3 in 1	120	12	Vidrio	cable fijo	BNC+ banana	1 m
IoLine Micro – 3 in 1	200 (70/130)	12/6	Vidrio	cable fijo	BNC+ banana	1 m

Puesta en funcionamiento, medición, calibración


Puesta en funcionamiento

Todos los electrodos, con la excepción del Micro, se suministran con un tapón de remojo, que se utiliza para guardar el sensor entre una medición y otra. Debido al pequeño diámetro de su tubería, el modelo micro se almacena en una tubería de vidrio con tapón de rosca.

La sonda de medición ha sido llenada en la fábrica con la solución electrolítica de referencia. Prepare la sonda de la siguiente manera para comenzar con la medición:

- Abra el agujero de llenado para la solución electrolítica de referencia. Dependiendo del tipo de sonda, el cierre del agujero de llenado puede ser un tapón elastómero o bien, una corredera.

¡El agujero de llenado tiene que estar siempre abierto durante la calibración y durante la medición!



Agujero de llenado

- El electrolito puente (KCl 3 mol/l) que rellena el ítem durante la entrega puede sustituirse en caso necesario por una solución de electrolito que convenga a la muestra. Para realizar una medición estable, la conductividad del electrolito puente individual debe ser de al menos 10 mS/cm.
- Las soluciones electrolíticas de iodo coloreadas de los electrodos IoLine se encuentran dentro de un sistema cerrado, por lo que no deben rellenarse. Deberá asegurarse de que el electrolito puente esté libre de iones de plata.
- Conecte la sonda de medición al instrumento de medición
- Calibre la sonda de medición siguiendo el manual de instrucciones del instrumento de medición y teniendo en cuenta las siguientes reglas:
- Preste atención que el agujero de llenado de la solución electrolítica de referencia esté abierto.
- Evite arrastrar o transportar residuos de solución (de solución de medición o solución tamponada) de una medición a otra, adoptando las siguientes medidas preventivas:
 - Enjuague los envases de las muestras y los recipientes de calibración con la solución que pretende llenar a continuación.
 - Enjuague la sonda entre cada medición con la solución que va a usar en el siguiente paso. Como alternativa puede enjuagar la sonda de medición con agua desionizada, secándola a continuación con cuidado.

- Sumerja la sonda de medición verticalmente en la solución, o bien, ligeramente inclinada.
- Preste atención de sumerjir la sonda a la profundidad de inmersión correcta. El diafragma debe quedar completamente sumergido en la solución. El diafragma se encuentra en la zona final del vástago inferior (vea la figura). Además, el nivel del electrolito de referencia debe quedar por lo menos 2 cm sobre el nivel de la solución.
- Al agitar la solución durante la medición, establezca aproximadamente las mismas condiciones que durante la calibración.

La frecuencia con que se llevan a cabo las calibraciones subsecuentes depende de la aplicación. Muchos instrumentos de medición permiten configurar el intervalo de calibración. Luego que el intervalo de calibración ha transcurrido, el instrumento le recuerda automáticamente el plazo para la siguiente calibración

Almacenamiento



Durante la noche o
por un período
más prolongado

Observación

Evite el contacto de la membrana pH con el fondo del envase, para no deteriorarla.

Introduzca la sonda de medición limpia en la cubierta de remoje llena de electrolito de referencia (KCl 3 mol/l, sin Ag⁺) y cierre el agujero de llenado.



Observación

No secar los electrodos de medición pH ni almacenarlos en agua desionizada. De lo contrario los electrodos pueden ser deteriorados irreparablemente. Si el líquido de la cubierta de remoje se ha secado, condicione la sonda de medición durante 24 h en el electrolito de referencia (KCl 3 mol/l, sin Ag⁺).



Observación

Durante el almacenamiento prolongado se pueden formar incrustaciones de sal en la cubierta de remoje. Estas incrustaciones no influyen las propiedades de medición y pueden ser eliminadas fácilmente con agua desionizada antes de comenzar con el trabajo.

Envejecimiento

Toda sonda de medición del pH está expuesta al envejecimiento natural. Así, la sonda reacciona cada vez con más lentitud y su pendiente y asimetría cambian. Si la sonda es expuesta a condiciones de trabajo más duras, su vida útil puede acortarse considerablemente. Por ejemplo:

- Ácidos o lejías fuertes, soluciones de ácido fluorhídrico, disolventes orgánicos, aceites, grasas, bromuros, sulfuros, yoduros, proteínas
- Altas temperaturas
- Cambios bruscos del pH y de la temperatura.


Si el instrumento falla o es deteriorado mecánicamente por trabajar bajo estas condiciones extremas, se pierde el derecho de garantía.

Mantenimiento y limpieza

Rellenar electrolito de referencia

Es normal que durante el funcionamiento escape electrolito de referencia en cantidades pequeñas de la sonda de medición a través del diafragma, escurriendo hacia la solución de medición. Si con el tiempo el nivel cae excesivamente, rellene electrolito de referencia a través del agujero de llenado. Utilizando la botella adjunta con su boquilla de gotera resulta muy fácil llenar electrolito. Proceda de la siguiente manera:

- Corte rectamente la punta de la boquilla, hasta que en la punta aparezca el orificio
- Abra el agujero de llenado de la sonda de medición
- Oprima la punta de la boquilla con un leve movimiento giratorio y sin ejercer mucha presión en el agujero de llenado
- Llene el vástago con electrolito de referencia bombeando la botella
- Extraiga la punta de la boquilla del agujero de llenado, girando la botella ligeramente.



Elimine impurezas y residuos solubles en agua enjuagando con agua desionizada. Elimine otras impurezas de la siguiente manera:

Impurezas/contaminación	Procedimientos de limpieza
Grasas y aceites	enjuagar con agua y detergente
Incrustaciones de cal e hidróxido	enjuagar con ácido cítrico (al 10 % en peso)
Proteínas y albúminas	sumergir en una solución de pepsina PEP/pH de limpieza y dejar remojar durante 1 hora aprox. Observación: Preste atención que el nivel del electrolito de referencia se encuentre sobre el nivel de la solución de limpieza



Observación

Soluciones de ácido fluorhídrico, ácido fosfórico caliente y soluciones altamente alcalinas deterioran la membrana de vidrio.

Enjuague la sonda de medición con agua desionizada y condicionela durante 1 hora en una solución con electrolito de referencia. A continuación calibre la sonda de medición.

Piezas de desgaste y accesorios

Descripción	Modelo	No. de pedido
Solución de electrolito de referencia 250 ml (KCl 3 mol/l, sin Ag ⁺)	KCl-250	109 705Y

Contact Information

Ordering & Technical Support

Telephone: (800) 897-4151
(937) 767-7241
Monday through Friday, 8:00 AM to 5:00 PM ET

Fax: (937) 767-1058

Email: environmental@ysi.com

Mail:
YSI Incorporated
1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387
USA

Internet: www.ysi.com

When placing an order please have the following information available:

YSI account number (if available)	Name and Phone Number
Model number or brief description	Billing and shipping address
Quantity	Purchase Order or Credit Card

Service Information

YSI has authorized service centers throughout the United States and Internationally. For the nearest service center information, please visit www.ysi.com and click 'Support' or contact YSI Technical Support directly at 800-897-4151.

When returning a product for service, include the Product Return form with cleaning certification. The form must be completely filled out for an YSI Service Center to accept the instrument for service. The Product Return form may be downloaded at www.ysi.com and clicking on the 'Support' tab.

What can Xylem do for you?

We're 12,500 people unified in a common purpose: creating innovative solutions to meet our world's water needs. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise, backed by a legacy of innovation.

For more information on how Xylem can help you, go to www.xyleminc.com



a **xylem** brand

YSI
1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387
Tel: +1 937-767-7241; 800-765-4974
Fax: +1 937-767-1058
Email: environmental@ysi.com
Web: www.yси.com

©Xylem Inc