

Foreword

This instrument is the extension cord for the current clamp-on probe 96060, 96061, and 96062.

Length: approx. 3 m

Measurement Category

The measurement category of this cord is measurement category III.

WARNING

Never make measurement on a circuit in which the electrical potential exceeds AC 300 V in the measurement category III using 98082.

French

AVERTISSEMENT

Ne jamais effectuer de mesure de l'intensité sur un circuit dans lequel le potentiel électrique dépasse 300 V CA dans la catégorie de mesure III utilisant 98082.

はじめに

本製品は電流クランププローブ 96060、96061、96062 用の延長コードです。

長さ：約 3m

測定カテゴリ

本延長コードの測定カテゴリは、測定カテゴリ III です。

警告

測定カテゴリ III 以下の環境下において、300V 以上接地電位がある回路では、延長コードを絶対に使用しないでください。

For China's Environmental Standards

中国の環境規格について

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
框架 (塑料)	×	×	×	×	○	○
框架 (金属)	×	×	×	×	○	○
线路板 ASSY	×	×	×	×	○	○
电源线	×	×	×	×	○	○
电缆	×	×	×	×	○	○

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

环保使用期限：



适用于 SJ/T 11364 中所述，在中华人民共和国销售的电子电气产品的环保使用期限。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，则不会因产品中有害物质泄漏或突发变异，而造成对环境的污染或对人体及财产产生恶劣影响。

(注) 该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保质期。零件更换的推荐周期，请参照使用说明书。