



## SCHEMA DES INSTRUCTIONS


- 1



Laisser le sachet du KWIK-STIK™ fermé s'équilibrer à la température ambiante. Déchirer au niveau de l'encoche pour ouvrir le sachet et sortir l'unité KWIK-STIK™.
- 2



Détacher la languette se trouvant sur l'étiquette et la joindre au support de la principale culture ou au compte-rendu du contrôle de la qualité. Ne pas démonter le produit au cours de l'hydratation.
- 3



Pincer (une fois seulement) l'ampoule en haut du KWIK-STIK™ (juste au-dessous du ménisque liquide de l'ampoule) dans le capuchon afin de libérer le liquide hydratant.
- 4




Tenir à la verticale et tapoter sur une surface dure afin de faciliter l'écoulement du liquide par la tige jusqu'au fond de l'unité contenant la pastille. Laisser couler le liquide hydratant par la tige de l'écouvillon et jusqu'au fond de l'unité contenant la pastille.
- 5



En pinçant le fond de l'unité, écraser la pastille dans le liquide jusqu'à ce que la pastille en suspension ait une apparence homogène.
- 6



Saturer IMMÉDIATEMENT et abondamment l'écouvillon avec le matériel hydraté et le transférer sur un milieu gélosé.
- 7



Ensemencer le(s) support(s) de la principale culture en roulant doucement l'écouvillon sur un tiers du support.
- 8



Répartir pour faciliter l'isolation des colonies en utilisant une anse stérile.
- 9

En utilisant une méthode appropriée d'élimination du matériel à risque biologique, jeter le KWIK-STIK™.
- 10



Incuber IMMÉDIATEMENT le(s) support(s) ensemencé(s) de la principale culture, à la température et aux conditions adaptées au micro-organisme.