

B&K 2245 Sonómetro con una aplicación
Primeros Pasos


Después de medir




1. Conecte el PC:
- mediante un cable USB
- mediante wifi
- desde la estación base (accesorio opcional)



2. Pulse ↓ en la aplicación de PC para **importar** y seleccione el instrumento.




3. Seleccione las medidas y proyectos que desee transferir y pulse **Importar**. También se transferirán todas las anotaciones.



4. Utilice la fuente de alimentación suministrada para **cargar el instrumento**.

Material necesario

INCLUIDO EN EL MALETÍN



NO INCLUIDO

iPhone® (iOS 12 o posterior) con una aplicación móvil* de B&K 2245 instalada

*Obtener en la App Store




PC con acceso a internet y una aplicación de sobremesa* de B&K 2245 instalada

*Obtener en bksv.com/support



Trabajo está "hecho"




Probar el instrumento




1. Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos para **encender** el instrumento.

Cuando el instrumento esté listo para medir, el anillo led de la parte inferior parpadeará en amarillo.




2. Cuando haga medidas en exteriores, **inserte la pantalla antiviento** en el micrófono.



3. Pulse ● para **empezar a medir** (el anillo led se iluminará en verde).

Pulse ● para pausar y reanudar la medida.




4. Pulse ■ para **detener la medida**.

www.bksv.com/2245


BR 8075 – 14

Brüel & Kjær

Verificar la calibración



1. Compruebe que el instrumento **no esté midiendo**. Desmonte la pantalla antiviento.




2. Con cuidado, **coloque el calibrador** en el micrófono.




3. Pulse el botón de **encendido** del calibrador.



4. Cuando el instrumento detecta la señal, muestra el mensaje **Control calibración**.



5. Pulse ☰ para **confirmar** que desea efectuar la verificación.



6. Apague el calibrador y desmóntelo del instrumento.

Pulse ☰ para **confirmar**.

Conectar la aplicación al instrumento



1. Active el **Bluetooth®** en su teléfono.



2. **Abra** la aplicación.


Cada aplicación tiene un icono distinto.



3. **Permita** que la aplicación utilice la ubicación y el micrófono del teléfono para hacer anotaciones.



4. **Seleccione** el instrumento al que desee conectarse.



5. Pulse ☰ en el instrumento para **confirmar**.



6. Seleccione el **modo wifi**.

Si utiliza una conexión de red, también debe iniciar sesión.


Configurar el instrumento



1. **Toque el icono verde del sonómetro** para abrir el menú.



2. Seleccione en el menú:
- **Ajustes de sistema**: para efectuar los ajustes regionales, de gestión de energía y de redes
- **Ajustes de pantalla**: para efectuar los ajustes de pantalla y de representación
- **Ajustes de medida**: para efectuar los ajustes de control y de los parámetros de entrada y de medida




3. **Toque en el icono de la aplicación*** para abrir la ayuda y acceder a más información acerca de su instrumento y cómo utilizarlo.

*En Work Noise Partner, toque en **?**

CONFIGURACIÓN DESDE EL INSTRUMENTO

Seleccionar
Pulse ☰ para seleccionar una opción o para confirmar la selección




Desplazarse
Pulse ◄, ►, ▲ o ▼ para desplazarse por los menús y pantallas

Control de la medida

EN EL INSTRUMENTO

Desplazamiento arriba/abajo
Pulse ▲ ▼ para desplazarse por las pantallas

Desplazamiento izquierda/derecha
Pulse ◄ ► para desplazarse por los parámetros



Detener/ Reiniciar
Pulse para detener el instrumento. Pulse de nuevo para reiniciarlo

Inicio/Pausa
Pulse para iniciar. Pulse de nuevo para hacer una pausa



Led de estado
- Verde (continuo): medición o calibración en curso
- Amarillo (intermitente lento): en espera
- Amarillo (intermitente rápido): en pausa
- Rojo (intermitente rápido): saturación instantánea
- Violeta (continuo): saturación asociada

EN EL MÓVIL

Detener/Reiniciar
Pase el dedo para detener la medida. Toque para reiniciar la medida



Añadir anotación
Toque para abrir el menú. Seleccione entre nota, vídeo, foto o voz

Inicio/Pausa
Toque para iniciar la medida. Pase el dedo para hacer una pausa

www.bksv.com/2245