


<b>Product Sheet (EN)</b>	<b>2</b>
<b>Fiche Technique (FR)</b>	<b>4</b>
<b>Ficha producto (ES)</b>	<b>6</b>
<b>Scheda Prodotto (IT)</b>	<b>8</b>
<b>Eigenschaften (DE)</b>	<b>10</b>

<b>IDENTIFICATION OF THE MEDICAL DEVICE</b>	Type	non-rechargeable battery	
	Commercial designation	Batterie médicale Biolume Visiotech 10.8V 3.6Ah Molex	
	Reference	MGL00743	
	EAN	3660766634092	
	Brand	NX	
	Compatible / original battery	Compatible	
Packaging	Unitary		

**UTILISATION RECOMMANDÉE**

*Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used*

Brands	Equipment	Models	PN
Biolume	Monitor	Visiotech	

<b>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS	Chemistry	Lithium
		Type	ER17505
		IEC designation	3 ER17505
		Rated voltage	10.8V
		Nominal capacity	3.6Ah
		Internal resistance Ω	60mΩ

*The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex:use, storage), etc*

	DISCHARGE	Range of operating voltage	6V at 12V
		Min tension in discharge	6V
		Max discharge current	1.2A

	CONTROL ELECTRONICS	Electrical protection	No
		Low voltage power cut	No
		Max power cut voltage	No





*These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.*

<b>MECHANICAL CHARACTERISTICS</b>	Dimensions (+/- 2mm)	Length	57.1 mm
		Width	53.53 mm
		Depth	17.09 mm
	Weight (+/- 5g)	77.9 Gr	
	Mechanical protection	Shrink sleeve	
	Wire length (+/- 10mm)	200 mm	
Terminal	Molex 5264 3 ways		

<b>CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT</b>	CONDITIONS OF USE	Discharge temperature	-40 at 60°C
	CONDITIONS OF STORAGE	Storage temperature	0 at 40°C
		Level of humidity	65%
		Max storage time	3 Years
		TRANSPORT	UN code
		ADR/RID classification	Class 9
		IMDG classification	Class 9
		IATA classification	Class 9

<b>INSTRUCTIONS</b>	<b>HANDLING</b>	<i>Ensure that the batteries' terminals do not touch. Protect the terminals to minimise the risk of short circuit</i>
	<b>STORAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not leave within the reach of children</li> <li>Store in a room with a ceiling/roof and protect from direct sunlight, bad weather including rain, snow and others</li> <li>Make sure to store in a dry place</li> <li>Protect against any risk of physical damage or any exposure to organic solvents and other incompatible materials</li> <li>Do not store the batteries next to heat sources, flames or sparks.</li> <li>Ensure the storage areas are well-ventilated.</li> </ul>
	<b>COMMISSIONING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak...</li> <li>Respect the polarity</li> <li>Do a full charge with the adequate charger before the first use/l'équipement et la batterie par un technicien.</li> </ul>
	<b>CASE OF LITHIUM METAL BATTERIES</b>	<i>There is an explosion hazard with lithium metal batteries in the following cases: deep discharging, over-discharge towards 0V. Immediately replace the batteries as soon as the low level warning appears.</i>
	<b>WARNINGS</b>	<p><b>DO NOT TRY TO RECHARGE A NON-RECHARGEABLE BATTERY: HIGH EXPLOSION AND LEAK HAZARD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Read the instructions of the device</li> <li>Only use in compatible devices</li> <li>Respect the storage conditions</li> <li>Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection circuits protect the battery and the equipment: do not deactivate</li> </ul>

<b>Marking</b>	<b>CE</b>
----------------	-----------

<b>EXPLANATION OF SYMBOLS</b>	<b>LABELLING</b>	
		Catalogue reference
		Lot number
		Manufacturer's address
		

**SYMBOLS**





Conform to the directive CE 93/42 DM class I

To recycle in a suitable salvage and recycling structure

Read the product sheet and the instruction manual

**APPENDIX**

*In addition, the following documents can be read: The technical sheet of the cells and the battery's FDS.*

<b>IDENTIFICATION DU DM</b>	Type	Batterie non rechargeable	 
	Désignation commerciale	Batterie médicale Biolume Visiotech 10.8V 3.6Ah Molex	
	Référence	MGL00743	
	EAN	3660766634092	
	Marque	NX	
	Batterie compatible / origine	Compatible	
	Conditionnement	Unitary	

#### UTILISATION RECOMMANDÉE

Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.

Marques	Equipement	Modèles	PN
Biolume	Monitor	Visiotech	

<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	Technologie	Lithium
		Type	ER17505
	Désignation IEC	3 ER17505	
	Tension nominale	10.8V	
	Capacité nominale	3.6Ah	
	Résistance interne	60mΩ	

La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex : application, stockage), etc

	DÉCHARGE	Plage de tension d'utilisation	6V à 12V
		Tension min en décharge	6V
		Courant de décharge maxi	1.2A

	ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE	Protection électrique	Non
		Coupure tension basse	Non
		Courant max de coupure	Non

Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.




<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	Dimensions (+/- 2mm)	Longueur	57.1 mm
		Largueur	53.53 mm
		Épaisseur	17.09 mm
	Poids (+/- 5g)		77.9 Gr
	Protection mécanique		Shrink sleeve
	Longueur fils (+/- 10mm)		200 mm
	Terminaison		Molex 5264 3 ways

<b>CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE &amp; DE TRANSPORT</b>	CONDITIONS D'UTILISATION	Température de décharge	-40 à 60°C
	CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de stockage	0 à 40°C
		Taux d'humidité	65%
		Durée de stockage maxi	3 Ans

<b>TRANSPORT</b>	Code UN	Class 9
	Classification ADR/RID	Class 9
	Classification IMDG	Class 9
	Classification IATA	Class 9

<b>INSTRUCTIONS</b>	<b>MANIPULATION</b>	Veiller à ce que les cosses des batteries ne soient pas en contact les unes avec les autres. Minimiser le risque de court-circuit en protégeant les cosses. • Ne pas laisser à la portée des enfants
	<b>STOCKAGE</b>	• Stocker sous un toit et protéger contre l'exposition directe au soleil et les intempéries, y compris la pluie, la neige et autres intempéries. • Veiller particulièrement à maintenir des conditions de stockage sèches. • Protéger contre tout risque d'endommagement physique ou contre toute exposition à des solvants organiques et autres matières incompatibles. • Ne pas stocker de batteries à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'étincelles. • S'assurer que les zones de stockage des batteries sont bien ventilées.
	<b>MISE EN SERVICE</b>	• Contrôler la batterie et la connectique : fils non abîmés, batterie non gonflée, odeur de brûlé, oxydation des contacts, fuite... • Respecter la polarité • Contrôler la température après la mise en service : il est anormal que la batterie s'échauffe. En cas d'échauffement anormal démonter la batterie de son équipement et
	<b>CAS DES PILES AU LITHIUM MÉTAL</b>	Ces piles présentent des risques d'explosion dans les cas suivants : décharge profonde, forçage à 0V. Remplacer immédiatement les piles dès l'apparition du signal niveau bas.
	<b>AVERTISSEMENTS</b>	NE PAS TENTER DE RECHARGER UNE BATTERIE NON RECHARGEABLE : RISQUE IMPORTANT D'EXPLOSION OU DE FUITE • Consulter la notice de votre appareil. • Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. • Respecter les conditions de stockage. • Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier. Les circuits de protection protègent la batterie et l'équipement : ne

<b>Marquage</b>	<b>CE</b>
-----------------	-----------

<b>EXPLICATIONS SYMBOLES</b>	<b>ETIQUETAGE</b>	
		Référence catalogue
		Numéro de lot
		Adresse fabricant

**SYMBOLES**





Conforme à la directive CE 93/42 DM classe I

À recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée

Consulter la fiche produit et le manuel d'utilisation

**DOCUMENTATION  
ANNEXE**

*Vous pouvez également consulter les documents suivants : La fiche technique des cellules et le FDS de la batterie.*

<b>IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Tipo	Batterie non rechargeable		
	Designación comercial	Batterie médicale Biolume Visiotech 10.8V 3.6Ah Molex		
	Referencia	MGL00743		
	EAN	3660766634092		
	Marca	NX		
	Bateria Compatible / Original	Compatible		
Acondicionamiento	Unitary			

**USO RECOMENDADO**

Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.

Marcas	Equipo	Modelos	PN
Biolume	Monitor	Visiotech	

<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	Tecnología	Lithium
		Tipo	ER17505
	Designación IEC	3 ER17505	
	Tensión nominal	10.8V	
	Capacidad nominal	3.6Ah	
	Resistencia interna	60mΩ	

La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, eel histórico del pack (ej.: aplicación, almacenamiento), etc

	DESCARGA	Rango de tensión de uso	6V a 12V
		Tensión mín en descarga	6V
		Corriente de descarga máxi	1.2A

	ELECTRÓNICA DE CONTROL	Protección eléctrica	No
		Corte tensión baja	No
		Corriente max de corte	No




Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de respuesta de unos milisegundos.

<b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</b>	Dimensiones (+/- 2mm)	Largo	57.1 mm
		Ancho	53.53 mm
		Alto	17.09 mm
	Peso (+/- 5g)		77.9 Gr
	Protección mecánica		Shrink sleeve
	Largo cables (+/- 10mm)		200 mm
Terminación		Molex 5264 3 ways	

<b>CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO &amp; DE TRANSPORTE</b>	CONDICIONES DE USO	Temperatura de descarga	-40 a 60°C
		CONDICIONES DE ALMACEN.	Temperatura de almacen.
		Tasa de humedad	65%
		Duración de almacen. máxi	3 años
	TRANSPORTE	Código UN	Class 9
		Clasificación ADR/RID	Class 9
		Clasificación IMDG	Class 9
		Clasificación IATA	Class 9

<b>INSTRUCCIONES</b>	<b>MANIPULACIÓN</b>	Asegúrese de que los bornes de las baterías no estén en contacto entre ellos. Minimizar el riesgo de cortocircuito protegiendo los bornes.
	<b>ALMACENAMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No dejar al alcance de los niños</li> <li>Almacenar en un lugar que mantenga las baterías protegidas de la intemperie (lluvia, nieve,...) y de la exposición directa al sol</li> <li>Asegúrese de almacenar las baterías en un lugar seco</li> <li>Proteger contra cualquier riesgo de daño físico o contra cualquier exposición a solventes orgánicos y cualquier otros materiales incompatibles</li> <li>No almacenar las baterías a proximidad de fuentes de calor, de llamas directas o de chispas</li> <li>Asegúrese que las zonas de almacenamiento de las baterías estén ventiladas</li> </ul>
	<b>PUESTA EN SERVICIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la batería y la conexión: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas...</li> <li>Respetar la polaridad</li> <li>Comprobar la temperatura después de su puesta en servicio: es anormal que la batería se caliente. En caso de calentamiento anormal, desmonte la batería del dispositivo y realice el mantenimiento y el control de la batería y del equipo por un técnico especializado</li> </ul>
	<b>CASO DE PILAS DE LITIO METAL</b>	Estas pilas presentan riesgos de explosión en los siguientes casos: descarga profunda, forzamiento a 0V. Sustituir inmediatamente las pilas que presenten signos de niveles bajos de energía.
	<b>ADVERTENCIAS</b>	<p>NO INTENTAR CARGAR UNA BATERÍA NO RECARGABLE: RIESGO IMPORTANTE DE EXPLOSIÓN O DE FUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo</li> <li>Usar únicamente en dispositivos compatibles</li> <li>Respetar las condiciones de almacenamiento.</li> </ul> <p style="text-align: right;">• No usar si la batería está dañada, no arrojar al fuego, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo</p>

<b>Marcado</b>	<b>CE</b>
----------------	-----------

<b>EXPLICACIONES</b>		Referencia catálogo
		Número de lote
		Dirección fabricante

**EXPLICACIONES  
SÍMBOLOS**



Conforme a la directiva CE 93/42 DM clase I



Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos





Consultar la FICHA PRODUCTO y el manual de instrucciones

**DOCUMENTACIÓN  
ANEXA**

*También puede consultar los documentos siguientes: las ficha técnica de las celdas y el FDS de la batería.*

SCHEDA PRODOTTO

scaduto dal 23/06/2022

<b>IDENTIFICAZIONE DM</b>	Tipo	Batteria non ricaricabile	 
	Designazione commerciale	Batterie médicale Biolume Visiotech 10.8V 3.6Ah Molex	
	Referenza	MGL00743	
	EAN	3660766634092	
	Marca	NX	
	Batteria compatibile / originale Confezione	Compatible Unitary	

UTILISATION RECOMMANDÉE

Seguire le istruzioni e le raccomandazioni specifiche indicate sulla documentazione tecnica a corredo

Marche	Fornitura	Modelli	PN
Biolume	Monitor	Visiotech	

<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	Tecnologia	Litio
		Tipo	ER17505
	Designazione IEC	3 ER17505	
	Tensione nominale	10.8V	
	Capacità nominale	3.6Ah	
	Resistenza interna	60mΩ	

La tensione e la capacità reale durante l'utilizzo possono essere compromessi da diversi fattori come la temperatura, la corrente di scarica, la storia del pacco batteria

	SCARICA	Tensione di utilizzo	6V a 12V
		Tensione minima in scarica	8V
		Corrente di scarica massima	1.2A
	ELETTRONICA DI CONTROLLO	Protezione elettrica	No
		Sezionamento bassa tensione	No
		Corrente massima di sezionamento	No

Questi apparecchi sono concepiti per proteggere il pacco batteria in caso di difetto. Non vanno utilizzati per controllare la scarica. I circuiti di protezione rispondono dopo qualche millisecondo.

<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>	Dimensioni (+/- 2mm)	Lunghezza	57.1 mm
		Larghezza	53.53 mm
		Spessore	17.09 mm
	Peso (+/- 5g)	77.9 Gr	
	Protezione meccanica	Shrink sleeve	
	Lunghezza fili (+/- 10mm)	200 mm	
	Terminali	Molex 5264 3 ways	

<b>CONDIZIONI D'UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE &amp; DI TRASPORTO</b>	CONDIZIONI D'UTILIZZO	Temperatura di scarica	-40 a 60°C
	CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Temperatura di inutilizzo	0 a 40°C
		Tasso umidità	65%
		Durata inutilizzo massimo	3 anni
		TRASPORTO	Codice UN
		Classificazione ADR/RID	Class 9
		Classificazione IMDG	Class 9
		Classificazione IATA	Class 9

<b>ISTRUZIONI</b>	<b>MANIPOLAZIONE</b>	Verificare che i terminali non siano in contatto tra di loro. Abbassare il rischio di corto circuito proteggendo i terminali.
	<b>CONSERVAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere fuori dalla portata dei bambini</li> <li>• Conservare sotto un tetto e proteggere contro l'esposizione diretta del sole, intemperie, pioggia e neve.</li> <li>• Prediligere gli ambienti secchi</li> <li>• Tenere lontano solventi e altri agenti chimici che possono interferire</li> <li>• Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, fioco</li> <li>• Assicurarci che ci sia una buona ventilazione</li> </ul>
	<b>MESSA IN MOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare batteria e fili: fili non rovinati, batterie non gonfie, odore di bruciato, ossidazione dei contatti.</li> <li>• Rispettare il senso dei poli</li> <li>• Controllare la temperatura una volta messa in servizio: in caso di surriscaldamento eccessivo, smontare la batteria e farla visionare da un tecnico con caricabatteria e apparecchio,</li> </ul>
	<b>CASI PILE LITIO METALLO</b>	Queste pile presentano un rischio di esplosione nei seguenti casi: scarica profonda, forzatura a 0V. Sostituire immediatamente le pile se indicato il livello baso di carica.
	<b>AVVERTENZE</b>	NON RICARICARE UNA BATTERIA NON RICARICABILE: RISCHIO EFFETTIVO DI ESPLOSIONE E DI FUORIUSCITA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare il foglietto illustrativo</li> <li>• Utilizzare unicamente negli apparecchi compatibili</li> <li>• Rispettare le condizioni di inutilizzo</li> <li>• Non utilizzare se la batteria è rovinata. Non bruciare, non perforare, non smontare, non modificare, i circuiti della protezione della batteria e dell'apparecchio: non disattivare</li> </ul>

<b>Marcatura</b>	<b>CE</b>
------------------	-----------

	<b>ETICHETTA</b>	
	<b>REF</b>	Referenza catalogo
	<b>LOT</b>	Numero lotto



**SPIEGAZIONE SIMBOLI**



Indirizzo del produttore



Conforme alla normativa CE 93/42 DM classe I





Da riciclare in apposite strutture



Consultare la scheda tecnica e il manuale di utilizzo

**DOCUMENTATION  
ANNEXE**

*Altri documenti disponibili: scheda tecnica delle celle e FDS della batteria.*

		Eigenschaften		abgelaufen seit dem 23/06/2022	
Identifizierungsinformation des medizinischen Geräts	Typ	Nichtwiederaufladbarer Akku			
	Handelsbezeichnung	Batterie médicale Biolume Visitech 10.8V 3.6Ah Molex			
	Referenz	MGL00743			
	EAN	3660766634092			
	Marke	NX			
	Originalakku / Ersatzakku Verpackung	Compatible Unitary			

#### Empfehlung

Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.

Marke	Geräte	Modelle	PN / Seriennummer
Biolume	Monitor	Visitech	

Elektrische Eigenschaften	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	Lithium
		Typ	ER17505
	IEC Bezeichnung	3 ER17505	
	Nennspannung	10.8V	
	Nennleistung	3.6Ah	
	Innenwiderstand $\Omega$	60m $\Omega$	

Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).

	Entladung	Betriebsspannung	6V bis 12V
		Min. Spannung in der Entladung	8V
		Max. Entladestrom	1.2A
	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Nicht
		Stromausfall bei Niederspannung	Nicht
		Stromausfall bei Hochspannung	Nicht



Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.

Mechanische Eigenschaften	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	57.1 mm
		Breite	53.53 mm
		Dicke	17.09 mm
	Gewicht (+/- 5g)	77.9 Gr	
	Mechanischer Schutz	Shrink sleeve	
	Drahtlänge (+/- 10mm)	200 mm	
Kabelabschluss	Molex 5264 3 ways		

Nutzungs-, Lagerungs-, Transportbedingungen	NUTZUNGSBEDINGUNGEN		Entladungstemperatur	-40 bei 60°C
	LAGERUNGSBEDINGUNGEN		Lagerungstemperatur	0 bei 40°C
			Feuchtigkeitsgehalt	65%
			Max. Lagerungsdauer	3 Jahre
	TRANSPORT		UN Code	Class 9
			ADR/RID Klassifizierung	Class 9
			IMDG Klassifizierung	Class 9
			IATA Klassifizierung	Class 9

ANWEISUNGEN	Handhabung	Achten Sie darauf, dass die Batteriepole nicht miteinander in Berührung kommen. Minimieren Sie das Kurzschlussrisiko, indem Sie die Klammern schützen.
	Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.</li> <li>Unter einem Dach aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und ungünstigem Wetter, einschließlich Regen, Schnee und anderem Wetter, schützen.</li> <li>Die Lagerbedingungen sollen trocken eingehalten werden</li> <li>Schützen Sie sich vor jeglichem Risiko einer physischen Beschädigung oder Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln und anderen unverträglichen Materialien.</li> <li>Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkten Flammen oder Funken.</li> <li>Die Lagerungszone der Batterien soll gut belüftet sein.</li> </ul>
	Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Batterie und die Anschlüsse: unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähte Batterie, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage.</li> <li>Polarität beachten</li> <li>Nach dem Gebrauch die Temperatur prüfen: Es ist nicht normal, dass sich der Akku erwärmt. Im Falle einer anomalen Erwärmung entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und lassen Sie das Gerät und den</li> </ul>
	In Fall einer Lithiummetall Zelle	Diese Batterien bergen Explosionsgefahren in folgenden Fällen: Tiefentladung, 0V-Zwang. Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn das Niedrigwertsignal erscheint.
	WARNUNGEN	<p>VERSUCHEN SIE NICHT, EINE NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIE AUFZULADEN. ERHEBLICHE EXPLOSIONSGEFAHR ODER AUSLAUFGEFAHR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät.</li> <li>Nur in kompatiblen Geräten verwenden.</li> <li>Lagerbedingungen beachten.</li> <li>Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte nicht deaktivieren</li> </ul>

Markierung	CE
------------	----

	Etikettierung	Bestellnummer
		
		Warennummer

**Symbolerklärungen**



Anschrift des Herstellers



Entspricht der EG-Richtlinie 93/42 DM Klasse I



Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur



Lesen Sie das Produktblatt und das Benutzerhandbuch.

**SONSTIGE**

*Sie können auch die folgenden Dokumente einsehen: Das technische Datenblatt der Zellen und das FDS des Akkus.*