

EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to EC directives
DECLARATION DE CONFORMITE UE
Suivant directives CE

SEFRAM INSTRUMENTS SAS
32, rue Edouard MARTEL
42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)

Declares, that the below mentioned product complies with:

Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :

The European low voltage directive 2014/35/UE:

La directive Européenne basse tension 2014/35/UE

EN 61010-1 :2010;

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.

Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 2014/30/ UE :

Standards used: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 55011:2016+A1:2017 group 1 (class B)

La directive Européenne CEM 2014/30/UE

Normes utilisées : EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 55011:2016+A1:2017 group 1 (class B)

The European directives 2011/65/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

La directive Européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques:

Installation category Catégorie d'installation : 600 V Cat IV

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Contrôleur d'isolement Insulation Tester

Model Type: MW9090

Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number

La conformité a été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro 9090

SAINT-ETIENNE the:
Friday, 09 March 2018

Name/Position:
CLERJON / Quality Manager

P.O. 