

## THERMOMETRE DOUBLE SONDE D'AMBIANCE ET DE CONTACT



### UTILISATION :

- L'OH07 est un Thermomètre professionnel avec 2 sondes Thermocouple type K

### DESCRIPTION :

- Ce thermomètre utilise des sondes thermocouples de type K comme capteurs de température, avec une résolution de 0,1°C ou 1°C.
- Grand écran rétro éclairé qui affiche: T1, T2, T1-T2, choix de l'unité de mesure °C, °F
- Indicateur de pile faible
- Extinction automatique (mode sommeil) pour économie d'énergie

### CARACTERISTIQUES :

- Thermomètre différentiel
- Température d'utilisation de la sonde : -5°C à +400°C
- Nombre de sondes : 2
- Mesures possibles : T1, T2, ou T1 – T2
- Résolution : 0,1°C
- Sauvegarde données / auto-coupure : Oui
- Piles fournies : Oui
- Type connectique : k
- Pince en option : OM14
- Précision : 1°C
- Température mini : -50°C
- Température maxi : +13000°C



Groupes automatiques de transfert de fluides  
frigorigènes **PUROZONE**

email: [galaxair@galaxair.com](mailto:galaxair@galaxair.com) - <http://www.galaxair.com>

Gué de Longroi le, 17 Octobre 2012

Déclaration de conformité  
selon les directives européennes  
2006/95/EEC et à la Directive CEM  
2004/108/EEC



Nom de l'importateur: **Galaxair**

Adresse: 5 Rue Impériale 28700 Gué de Longroi

Description du matériel: Pompes à vide à 2 étages

Types: DT-307+

**Galaxair** sas

Christian MATHIEU

**Clause de Réserve de Propriétés:** Par application de la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980, les marchandises  
restent notre entière propriété jusqu'au paiement intégral et effectif du prix facturé même en cas d'intégration à une installation  
Siège social: 5 Rue Impériale F-28700 Gué de Longroi Tél: +33 (2) 37 24 95 35 Fax: + 33 (2) 37 90 92 38

Sarl au Capital de 100 000,00 € - RC: 89B02272 Code APE: 291C - SIRET: 351 725 502 00014  
Numéro d'identification de TVA: FR42351725502